Contour®

BLUTZUCKERMESSGERÄT

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Ihr *CONTOUR*® Messgerät:



Nur *CONTOUR*® Sensoren verwenden:

Einfache Messung

Ausführliche Anweisungen entnehmen Sie bitte der *CONTOUR*® Bedienungsanleitung und der Packungsbeilage der Stechhilfe.
⚠ ACHTUNG: Die Stechhilfe ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt.

Vorbereiten der Blutzuckermessung:

⚠ ACHTUNG

Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Messen sowie vor und nach der Anwendung des Messgeräts, der Stechhilfe oder der Sensoren stets gründlich mit Wasser und Seife.

ACHTUNG: Die dem Set beiliegende Stechhilfe ist für die Blutzuckerselbstkontrolle durch eine Person vorgesehen. Sie darf nur von einer einzigen Person benutzt werden, um ein eventuelles Infektionsrisiko auszuschließen.

1. Die Verschlusskappe von der Stechhilfe abnehmen.
2. Die runde Schutzkappe einer Lanzette um eine ¼-Drehung lockern, aber nicht abnehmen.



3. Stecken Sie die Lanzette bis zum Anschlag in die Stechhilfe.



4. Die runde Schutzkappe der Lanzette abdrehen.



5. Bringen Sie vor der Gewinnung des Blutstropfens die Verschlusskappe wieder an.

6. Die Verschlusskappe so drehen, dass die gewünschte Einstichtiefe erzielt wird.

7. Das graue Ende des Sensors in die Sensoröffnung am Messgerät schieben.

Es ist keine Codierung erforderlich.

Das Messgerät schaltet sich ein und sobald das Bild eines Sensors mit einem blinkenden Blutstropfen angezeigt wird, ist es bereit für die Messung.

Gewinnen des Blutstropfens:

1. Die Verschlusskappe fest gegen die Einstichstelle drücken und mit dem Daumen den Auslöseknopf drücken.

2. Von der Hand zur Einstichstelle am Finger streichen, um dort einen Blutstropfen zu bilden.

Durchführen der Blutzuckermessung:

1. Die Spitze des Sensors an den Blutstropfen halten. Das Blut wird in den Sensor eingesaugt.

Die Spitze des Sensors so lange an den Blutstropfen halten, bis der Signalton ausgegeben wird.



Gewinnen des Blutstropfens an der Fingerbeere

Nach dem 5-Sekunden-Countdown wird das Messergebnis* angezeigt.

Den Sensor herausnehmen, um das Messgerät auszuschalten. Den gebrauchten Sensor umsichtig entsorgen.

*Ihr Messgerät ist so eingestellt, dass die Ergebnisse in mg/dL angezeigt werden. Falls Ihre Ergebnisse in mmol/L angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an den Diabetes Service Belgien: 0800 97 212, Luxemburg: 800 27 254, Österreich: 0800 220 110 (kostenfrei).

Auswerfen und Entsorgen der gebrauchten Lanzette:

1. Nehmen Sie die Lanzette nicht mit den Fingern aus der Stechhilfe. Die dem Set beiliegende Stechhilfe verfügt über eine automatische Auswurffunktion für die Lanzette.

2. **Anweisungen zum automatischen Auswerfen der Lanzette entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage der Stechhilfe (sofern beiliegend).**

⚠ ACHTUNG

- **Entsorgen Sie gebrauchte Lanzetten als medizinischen Abfall oder gemäß den Anweisungen Ihres medizinischen Fachpersonals.**

Fur Ihre Fragen, wenden Sie sich an den Diabetes Care Service unter den Telefonnummern - Belgien: 0800 97 212, Luxemburg: 800 27 254 und Österreich: 0800 220 110 (kostenfrei).
www.diabetes.ascensia.com

Verwendung des erweiterten Modus

Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Einstellen des Messgeräts auf den erweiterten Modus

Zum Wechseln in den erweiterten Modus, in dem Mahlzeitenmarkierungen und andere Funktionen verfügbar sind:

1. Die Taste **M** drücken, um das Messgerät einzuschalten.
2. Die Taste ▲ oder ▼ 3 Sekunden lang gedrückt halten.
3. „L-1“ blinkt.
4. Die Taste ▲ oder ▼ drücken, um in den L-2 Modus zu wechseln.
5. Zur Bestätigung der Wahl **M** drücken.

Informieren Sie sich darüber, wie Ihnen diese zusätzlichen Funktionen Ihr Leben mit Diabetes erleichtern können. Besuchen Sie www.diabetes.ascensia.com oder wenden Sie sich telefonisch an den Diabetes Service: Belgien: 0800 97 212, Luxemburg: 800 27 254, Österreich: 0800 220 110 (kostenfrei).

Verwendung der Markierungen

Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Vor der Mahlzeit = Markierung für Messergebnisse, die vor einer Mahlzeit bestimmt wurden.

Nach der Mahlzeit = Markierung für Messergebnisse, die nach einer Mahlzeit bestimmt wurden.

Tagebuch = Markierung von außerordentlichen Ergebnissen.

Alarm = Setzt eine Erinnerung (vorgegebene Einstellung ist 2 Stunden) für die Durchführung der Messung nach der Mahlzeit.

Nach Durchführung einer Messung können die auf der Anzeige eingeblendeten Markierungen für die Ergebnisse verwendet werden:

GEWÜNSCHTE MARKIERUNG →	SIE SEHEN →	AKTIVIEREN →	SIE SEHEN →	BEDEUTUNG →	VERWENDUNG DER ERINNERUNGSFUNKTION
Vor der Mahlzeit ▲ oder ▼ drücken	(Blinkt)	**M** drücken		Wert ist als Vor-der-Mahlzeit-Messergebnis markiert. **M** erneut drücken, um eine Erinnerung für die Messung nach der Mahlzeit einzurichten.**	Wenn das Erinnerungssignal ertönt, schaltet sich das Messgerät ein und das vor der Mahlzeit gewonnene Messergebnis wird angezeigt.
Nach der Mahlzeit ▲ oder ▼ drücken	(Blinkt)	**M** drücken		Wert ist als Nach-der-Mahlzeit-Messergebnis markiert.	
Tagebuch ▲ oder ▼ drücken	(Blinkt)	**M** drücken		Wert ist im Speicher als außerordentliches Messergebnis markiert. Dieses Ergebnis sollte im Tagebuch vermerkt werden.	Eine beliebige Taste drücken, um den Signalton stumm zu schalten, oder zweimal drücken, um das Messgerät auszuschalten. Eine weitere Blutzuckermessung durchführen und diese mit der Nach-der-Mahlzeit-Markierung kennzeichnen (siehe Tabelle links).

**Setzt eine Erinnerung (vorgegebene Einstellung ist 2 Stunden) für die Durchführung der Messung nach der Mahlzeit. Ausführliche Anweisungen zur Einstellung der Alarmzeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Fehlermeldungen und Lösungen

Eine vollständige Liste der Fehlermeldungen und Lösungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

E1	Temperatur außerhalb des Betriebsbereichs.
E2	Der Sensor enthält nicht genug Blut für eine genaue Messung. Die Messung mit einem neuen Sensor wiederholen.
E3	Das Messgerät registriert einen gebrauchten Sensor oder es wurde die falsche Kontrolllösung verwendet. Die Messung mit einem neuen Sensor wiederholen.
E11	Nicht plausibles Messergebnis. Die Messung mit einem neuen Sensor wiederholen.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care Austria GmbH
Mariahilfer Straße 123/3
1060 Wien
Österreich
Tel.: 0800 220 110 (kostenfrei)
info@ascensia.at
www.diabetes.ascensia.at
www.diabetes.ascensia.com

Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care NV-SA
Pegasuslaan 5
BE-1831 Diegem (Machelen)
Tel. 0800 97 212 (BE)
Tel. 800 27 254 (LUX)
info@ascensiadiabetescare.be
www.ascensiadiabetescare.be
www.diabetes.ascensia.com

Informationen zu Patenten und entsprechenden Lizenzen siehe **www.patents.ascensia.com**

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle Rechte vorbehalten.

Ascensia, das „Ascensia Diabetes Care“-Logo, Contour, Clinilog und das „No Coding“ (Ohne Codieren)-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

CE 2797

90005017
Rev. 10/19